

## BDNF Quantikine ELISA Kit Teknik Şartnamesi

- 1-) Özgünlüğü doğal ve rekombinant insan BDNF olmalıdır.
- 2-) Katı Fazlı Sandviç ELISA yöntemi ile çalışılmalıdır.
- 3-) Çalışma uzunluğu 3.5 saati geçmemelidir.
- 4-) Hücre Kültürü Supernates (50 µL), Serum (10 µL), EDTA Plazması (50 µL), Trombosit Zayıf Heparin Plazma (50 µL), Sitrat Plazma (50 µL) örnekleri ile ve belirtilen hacimlerde Çalışılabilir.
- 5-) Duyarlılığı 20 pg / mL olmalıdır.
- 6-) Test aralığı 62.5 - 4.000 pg / mL olmalıdır.
- 7-) Kullanıma hazır olmalıdır. Manuel işlem gerektirmemelidir.
- 8-) İmmünoassay Kontrol grubu yer almalıdır.
- 9-) Kit Avrupa Menşei olmalıdır.
- 10-) Firmalar , Teklif Vermeye Yetkili Olduklarını Belirten YETKİ BELGELERİNİ Teklif Mektubuyla Beraber Sunmalıdırlar.
- 11-) Kit ile birlikte kullanılması gerekli 5 poşet binlik mavi pipet ucu 7 poşet binlik sarı pipet ucu ve 6 poşet 500 lük endorff tüpü sarf malzemenin mevcut bütçeye dahil edilmesi gerekmektedir.

Efe Can Sivrikaya

